

Überprüfung der Messgeräte



Alle Messgeräte kennzeichnen (z.B. Thermometer, Waagen,...) und in der Liste auflisten.



Zumindest jährlich die gute Funktionsweise von Messgeräten überprüfen oder dem Hersteller diese Aufgabe überlassen.



Die Art beschreiben, wie dieses Gerät kontrolliert wird.

Beispiel für die Thermometer: Kontrolle von 2 Punkten im Temperaturfeld und Bereich, in dem das Thermometer verwendet wird, bspw. eine Messung von einer Mischung aus zur Hälfte Eis und pures Wasser (0°C) zu anderen Hälfte und ein Messen von kochendem Wasser (100°C) für ein Thermometer, welches für positive Temperaturen bis zu 100 °C verwendet wird.



Registrieren Sie die durchgeführten Kontrollen.



Falls die Kontrolle nicht konform ist:

- deutlich die nicht konformen Messgeräte identifizieren, um diese nicht zu benutzen.
- Regelwidrige Messgeräte reparieren, bevor das Gerät wiederverwendet oder ersetzt wird.